

Anexo C12 6.3

MANTENIMIENTO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (DEA)

MANTENIMIENTO RUTINARIO

(Designar personal encargado de su mantenimiento y seguir las indicaciones del manual de instrucciones del desfibrilador).

INSPECCIONES PERIÓDICAS

- Comprobar la luz verde o la marca de verificación verde: 
Si la luz verde no parpadea o aparece una marca de verificación en forma de aspa roja, consulte información para la resolución de problemas en el manual de instrucciones del desfibrilador.
- Reemplace los suministros y accesorios usados, dañados o caducados.
- Comprobar el exterior del desfibrilador. Si se observan fisuras u otros signos de daños, solicite asistencia técnica a la casa suministradora.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descargas eléctricas. No abra el desfibrilador ni retire sus cubiertas; no intente repararlo.

DESPUÉS DE CADA USO

1. Compruebe si el exterior del desfibrilador presenta signos de daños, suciedad o contaminación. Si se observan signos de daños, solicite asistencia técnica a la casa comercial. Si el desfibrilador está sucio o contaminado, límpielo siguiendo las instrucciones del manual.
2. Instale un cartucho de electrodos nuevo en el desfibrilador. Inspeccione los suministros y accesorios para asegurarse de que no estén dañados y compruebe su fecha de caducidad. Reemplace los elementos usados, dañados o caducados. Consulte el manual de instrucciones para cambiar los electrodos y la batería. Cambie los electrodos de un solo uso después de usarlos.
3. Para verificar el funcionamiento del desfibrilador, si su protocolo (siga las indicaciones del manual de instrucciones) no exige que la batería permanezca instalada, extraígalas, espere cinco segundos y después colóquelas otra vez, para ejecutar la autocomprobación de inserción de batería. Cuando acabe la prueba, compruebe si la luz verde Listo parpadea.
4. Guarde el desfibrilador en su lugar habitual, para que esté listo para el uso cuando lo necesite.

LIMPIEZA DEL DESFIBRILADOR (siga las indicaciones del manual de instrucciones)

Limpie el exterior del desfibrilador y el estuche de transporte con un paño suave humedecido en agua jabonosa.

RECUERDE:

NO limpie el desfibrilador con alcohol isopropílico, disolventes fuertes como la acetona o limpiadores a base de acetona, materiales abrasivos ni limpiadores enzimáticos.

NO sumerja el desfibrilador en líquidos ni derrame líquidos sobre él.

NO esterilice el desfibrilador ni sus accesorios.

**REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATIZADO (DEA)**

Centro:

Localización del desfibrilador:

Marca del desfibrilador:

Modelo:

Número de serie del desfibrilador:

Nombre del fabricante o distribuidor:

Fecha de revisión:

Persona que realiza la revisión (nombre y apellidos):

MATERIAL	ESTADO DEL MATERIAL*	FECHA DE CADUCIDAD	DEFICIENCIAS OBSERVADAS	MEDIDAS CORRECTORAS
Estado exterior del desfibrilador				
Batería: Luz verde Listo o tick verde				
Batería de repuesto				
Electrodos: caducidad				
Electrodos de repuesto				
Tijeras				
Guantes desechables				
Cuchilla de afeitar desechable				
Máscara de bolsillo desechable				
Otros (especificar)				

*Códigos: C= Correcto; I= Incorrecto; -= No procede